



JCSS 0133

JCSS



総数5頁の 1 頁

第 0398 号

(校正ラベル)

0398

JCSS 0133
MRA/IAJapan

11-10

校正証明書

依頼者名	財団法人 鹿児島県建設技術センター 試験研究係
依頼者住所	鹿児島県鹿児島市東開町 1 番
計量器の設置場所	同上
計量器の名称	圧縮試験機
型式	ACA-20S
能力	圧縮 : 200kN
製造番号	No. 8202
製造年月	1992年11月
製造者名	株式会社 前川試験機製作所
力指示計	デジタル表示
校正レンジ	圧縮 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 200kN
校正方法	JIS B 7721による
実施条件	2頁のとおり
トランスファ標準器	3頁のとおり
校正結果	4~5頁のとおり
受付年月日	2011年9月20日
校正年月日	2011年10月25日

校正結果は以上のとおりであることを証明する。

2011 年 11 月 1 日

福岡県糟屋郡志免町別府西三丁目8番10号
マルタニ試工 株式会社 校正管理センター
センター長 安楽 秀光

・この証明書は、計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の事前の承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。

・この証明書を発行した事業者は、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025:2005)に適合しています。

・この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。

・校正ラベルは校正証明書の一部の情報を校正品に表示することで、校正の状況をわかりやすくするためのものです。

マルタニ試工 株式会社

様式 MT-05-14-01 (2011/09/01 版)



JCSS 0133

JCSS



総数5頁の 1 頁

第 0400 号

(校正ラベル)

0400

JCSS 0133
MRA/IAJapan

11-10

校 正 証 明 書

依 頼 者 名	財団法人 鹿児島県建設技術センター 試験研究係
依 頼 者 住 所	鹿児島県鹿児島市東開町 1 番
計量器の設置場所	同上
計 量 器 の 名 称	圧縮試験機
型 式	ACA-100A
能 力	圧縮：1000kN
製 造 番 号	No. 8877
製 造 年 月	1998年7月
製 造 者 名	株式会社 前川試験機製作所
力 指 示 計	デジタル表示
校 正 レ ン ジ	圧縮 100kN, 200kN, 500kN, 1000kN
校 正 方 法	JIS B 7721による
実 施 条 件	2頁のとおり
トランスファ標準器	3頁のとおり
校 正 結 果	4～5頁のとおり
受 付 年 月 日	2011年9月20日
校 正 年 月 日	2011年10月27日

校正結果は以上のとおりであることを証明する。

2011 年 11 月 1 日

福岡県糟屋郡志免町別府西三丁目8番10号
マルタニ試工 株式会社 校正管理センター
センター長 安楽 秀光

- ・この証明書は、計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の事前の承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・この証明書を発行した事業者は、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025:2005)に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。
- ・校正ラベルは校正証明書の一部の情報を校正品に表示することで、校正の状況をわかりやすくするためのものです。

マルタニ試工 株式会社

様式 MT-05-14-01 (2011/09/01 版)



JCSS 0133

JCSS



総数6頁の 1 頁

第 0399 号

(校正ラベル)

0399

JCSS 0133
MRA/IAJapan

11-10

校 正 証 明 書

依 頼 者 名	財団法人 鹿児島県建設技術センター 試験研究係
依 頼 者 住 所	鹿児島県鹿児島市東開町 1 番
計量器の設置場所	同上
計 量 器 の 名 称	圧縮試験機
型 式	ACA-200A
能 力	圧縮：2000kN
製 造 番 号	No. 8049
製 造 年 月	1991年10月
製 造 者 名	株式会社 前川試験機製作所
力 指 示 計	デジタル表示
校 正 レ ン ジ	圧縮 200kN, 500kN, 1000kN, 2000kN
校 正 方 法	JIS B 7721による
実 施 条 件	2頁のとおり
トランスファ標準器	3～4頁のとおり
校 正 結 果	5～6頁のとおり
受 付 年 月 日	2011年9月20日
校 正 年 月 日	2011年10月26日

校正結果は以上のとおりであることを証明する。

2011 年 11 月 1 日

福岡県糟屋郡志免町別府西三丁目8番10号
マルタニ試工 株式会社 校正管理センター
センター長 安楽 秀光

- ・この証明書は、計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の事前の承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・この証明書を発行した事業者は、JIS Q 17025(ISO/IEC 17025:2005)に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。
- ・校正ラベルは校正証明書の一部の情報を校正品に表示することで、校正の状況をわかりやすくするためのものです。

マルタニ試工 株式会社

様式 MT-05-14-01 (2011/09/01 版)



JCSS



総数 5 頁の 1 頁
校正証明書番号 T1207600

校正証明書

(校正ラベル)

T1207600
JCSS 0128 MRA/IAJapan
12-01

依頼者名	財団法人 鹿児島県建設技術センター
依頼者住所	鹿児島県鹿児島市東開町 1 番地
計量器の設置場所	同上
計量器の名称	一軸試験機
型式	油圧式堅型 型名 HI-ACTIS 2000
能力	圧縮 : 2000 kN
製造番号	F07113
製造日	2008年1月
製造者	株式会社 マルイ
力指示計	デジタル表示
総レンジ数	圧縮 100, 200, 500, 1000, 2000 kN
校正レンジ	圧縮 100, 200, 500, 1000, 2000 kN
センサー容量	20 MPa
センサー型式	HVS-20MPA 製造番号 M760705
校正方法	JIS B 7721による
実施条件	別紙1のとおり
トランスファ標準器	別紙2のとおり
校正結果	別紙3のとおり
校正年月日	2012年1月23日

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2012年1月27日

大阪府大東市御領1丁目9番17号

株式会社

山本 喜一



- ・この証明書は、計量法第144条(第一項)に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。
- ・当社は、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)に適合しています。
- ・この証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及びAPLAC(アジア太平洋試験所認定協力機構)のMRA(相互承認)に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APLACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。
- ・校正ラベルは校正証明書の一部の情報を校正品に表示することで、校正の状況をわかりやすくするためのものです。

